•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 7745/16-М

Действительно до

«30» ноября 2018 г

Средство измерений Приборы для измерения артериального давления модель WM-62S

(наименование, тип, модификации,

ГРСИ № 62730-15

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер (номера) **121600001-121610020**

поверено в соответствии с описанием типа

поверено в соответствии с Р 50.2.032-2004 «Рекомендации по метрологии.

(наименование документа на основании которого

ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

выполнена поверка)

с применением эталона: Манометр (0 – 50) kPa

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный

серийный № 06018, разширенная неопределенность 0,16 %

номер, разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура окружающей среды 23 °С; относительная влажность 78 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки

ГМС 095083311

ГС 1 А 6 ГМЦ

Главный метролог _____ (подпись) С.Н. Негода (инициалы, фамилия)

Поверитель _____ (подпись) И.Н. Швалёва (инициалы, фамилия)

Дата поверки

«01» декабря 2016 г

по № XVI 034394