

• ВНИИОФИ •

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 6821/16-М

Действительно до:  
« 27 » октября 2018 г.

Средство измерений Термометры медицинские электронные  
модель WT-04 standart

(наименование, тип, модификации,

ГРСИ № 64535-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер (номера) LOT 1016

поверено в соответствии с описанием типа

поверено в соответствии с МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры

(наименование документа на основании которого

медицинские контактные цифровые. Методика поверки»

выполнена поверка)

с применением эталона: Термометр ртутный высокой точности

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный

7516/2000, расширенная неопределенность  $U = 0,012^{\circ}\text{C}$ ,  $k = 2$ ;  
термометр ртутный высокой точности 38, расширенная неопределенность  
 $U = 0,012^{\circ}\text{C}$ ,  $k = 2$

номер, разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура окружающей среды  $23^{\circ}\text{C}$ ; относительная влажность 70 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим  
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к  
применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства  
измерений

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 28 » октября 2016 г.



(подпись)

(подпись)

С.Н. Негода

(инициалы, фамилия)

М.Ю. Филиппова

(инициалы, фамилия)

ПО № XVI 035587



## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений температуры тела: от 32,0 до 43,0 °C

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры тела:  $\pm 0,1$  °C

Поверка проведена на основании признания результатов калибровки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2015 г. N 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».


\_\_\_\_\_  
Главный метролог

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
С.Н. Негода

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
Поверитель

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.Ю. Филиппова

(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 20 16 г.