•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 851/17-М

Действительно до
«16» февраля 2019 г.

Средство измерений **Термометры медицинские электронные**

наименование, тип, модификации,

модель WT-04 standart

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ №64535-16

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **LOT 1216**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МИ 3555-2016**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Термометр ртутный высокой точности 7516/2000 ID016,**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

термометр ртутный высокой точности 107 ID057.

или погрешность эталона, применяемого при поверке

Расширенная неопределенность U = 0,012 °С, k = 2

при следующих значениях влияющих факторов: **температура окружающей среды 23 °С, атмосферное давление 96 кПа, относительная влажность 70 %**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГМС 16004824536

Главный метролог _____ **С.Н. Негода**

Подпись *Инициалы, фамилия*

ГС 1А7 ГМЦ

Поверитель _____ **И.Н. Швалева**

Подпись *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
«17» февраля 2017 г.

по № XVI 037577

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений температуры тела: от 32,0 до 43,0 °С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры тела: ± 0,1 °С

Поверка проведена на основании признания результатов калибровки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2015 г. N 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Главный метролог	(подпись)	С.Н. Негода (инициалы, фамилия)
Поверитель	(подпись)	И.Н. Швалёва (инициалы, фамилия)

«17» февраля 2017 г