•ВНИИОФИ•

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 2443/17-М

Действительно до
«01» мая 2019 г.

Средство измерений **Термометры медицинские электронные**
наименование, тип, модификация,

модель WT-04 standart
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

ГРСИ №64535-16
(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **LOT 0417**

поверено **в соответствии с описанием типа**
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МИ 3555-2016**
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Термометр высокой точности 7516/2000 ID016,**
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

термометр высокой точности 38 ID060-38,
расширенная неопределенность U=0,009 °С, k = 2

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 23 °С,**
относительная влажность 70 %, атмосферное давление 96 кПа
приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

ГС 1 А 7 ГМЦ

ЗНАК ПОВЕРКИ ГМС 16004827055

Главный метролог _____ *Подпись* **С.Н. Негода** *Инициалы, фамилия*

Поверитель _____ *Подпись* **И.Н. Швалева** *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
«02» мая 2017 г.

по № XVII 000824

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений температуры тела: от 32,0 до 43,0 °С

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры тела: ± 0,1 °С

Поверка проведена на основании признания результатов калибровки в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2015 г. N 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».

Главный метролог	_____ *(подпись)*	С.Н. Негода *(инициалы, фамилия)*
Поверитель	_____ *(подпись)*	И.Н. Швалева *(инициалы, фамилия)*

« 02 » мая 20 17 г.