



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 3542/17-М

Действительно до
«06» июня 2019 г.

Средство измерений **Термометры медицинские электронные WT-04 standart**

наименование, тип, модификация,

ГРСИ №64535-16

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) **LOT 0517**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **МИ 3555-2016**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Термометр высокой точности 7516/2000 ID016,**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

термометр высокой точности 38 ID060-38,

расширенная неопределенность $U = 0,009\text{ }^{\circ}\text{C}$, $k = 2$

при следующих значениях влияющих факторов: **температура $23,0\text{ }^{\circ}\text{C}$;**

влажность воздуха 70 %

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

«07» июня 2017 г.



Подпись

Подпись



С.Н. Негода

Инициалы, фамилия

М.Ю. Филиппова

Инициалы, фамилия

по № XVII 002494