

РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 7744/16-М**

Действительно до  
« 30 » ноября 2018 г

Средство измерений Приборы для измерения артериального  
давления модель WM-61

*(наименование, тип, модификации,*

ГРСИ № 62730-15

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)*

отсутствует

*(серия и номер клейма предыдущей поверки)*

заводской номер (номера) 121600001-121601020

поверено в соответствии с описанием типа

поверено в соответствии с Р 50.2.032-2004 «Рекомендации по метрологии.

*(наименование документа на основании которого*

ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

*выполнена поверка)*

с применением эталона: Манометр (0 – 50) кПа

*(наименование, тип, заводской номер, регистрационный*

серийный № 06018, разширенная неопределенность 0,16 %

*номер, разряд, класс или погрешность эталона)*

при следующих значениях влияющих факторов:

температура окружающей среды 23 °С; относительная влажность 78 %

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим  
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к  
применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства  
измерений

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 01 » декабря 2016 г



*СН*  
*И.Н. Швалёва*  
*(подпись)*  
*(подпись)*



С.Н. Негода

*(инициалы, фамилия)*

И.Н. Швалёва

*(инициалы, фамилия)*

ПО № XVI 034393